

<b>Пациент:</b> ТЕСТ ТЕСТ			
<b>Заказ:</b>	<b>Дата регистрации:</b> 08.05.2024		
<b>Дата рождения:</b> 10.10.1980	<b>Возраст:</b> 43 г.	<b>Пол:</b> М	
<b>ЛПУ:</b> Образец результата		<b>Код ЛПУ:</b> 99991264	

## МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

**Дата взятия биоматериала:**

**Заявка:** 7019496954 **Материал:** Мазок из ротоглотки

**Исследование:** MRSA. Выявление и количественное определение ДНК метициллин-чувствительного и метициллин-резистентного *Staphylococcus aureus*, метициллин-резистентных коагулазонегативных *Staphylococcus spp.*

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
ДНК <i>Staphylococcus MSSA/MRSA/MRCoNS</i>	1.62*10 <sup>6</sup> ОБНАРУЖЕНО – ДНК MRSA (метициллин-резистентный <i>Staphylococcus aureus</i> )	Не обнаружено	копий/мл

**Примечание к MRSA:** Исследование выполняется с помощью набора реагентов «АмплиСенс® MRSA-скрин-титр-FL». Аналитическая чувствительность: 400 копий/мл. Линейный диапазон 8\*10<sup>2</sup>-1\*10<sup>7</sup> копий/мл.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 08.05.2024 09:49

Дата печати результата: 08.05.2024 9:49:58 **Результат выдал:**

подпись

